

<b>Liofilchem</b> S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ	N°9076 - 9076/1
	<i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	Revisione 10 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS**

Prodotto / <i>Product</i>	<b>METRONIDAZOLE</b>
Sigla / <i>Initial</i>	<b>MTZ 5 ug</b>
Lotto / <i>Batch</i>	<b>010521068</b>
Data produzione / <i>Production date</i>	<b>05.01.2021</b>
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	<b>2024.01.05</b>
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	<b>Metronidazole 5 ug</b>

**CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL**

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	<b>Schalder K Agar (Sheep Blood 5%)</b>	
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	<b>18-24 h</b>	
Temperatura / <i>Temperature</i>	<b>35 ± 2 °C</b>	
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	<b>O<sub>2</sub></b>	<b>5% CO<sub>2</sub></b>
Microrganismo/ <i>Microorganism</i>	<b>RESULTS</b> mm	
<i>Bacteroides fragilis</i>	ATCC 25285	35
<i>Bacteroides thetaiotaomicron</i>	ATCC 29741	31

LOTTO/BATCH :  Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 12.01.2021

Responsabile Controllo Qualità  
*Quality Control Manager*  
(D. Vitagliano)

*Dario Vitagliano*