

**MYCOFAST Revolution 2**

Référence / Catalog number

**00080**

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	<b>211219</b>
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	<b>19/05/2023</b> <b>2023-05-19</b>

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Revolution 2	211128	2023-05-27
Ummt 3mL	211110	2023-05-19

**RESULTATS - RESULTS**

<b>Contrôle MYCOFAST Revolution ATB+</b> <b>MYCOFAST Scr. REVOLUTION Control</b>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	<i>Ureaplasma urealyticum 29,66, sero3, sero 9</i> <i>Mycoplasma hominis 33131, PG21</i> Conformité / spécifications Conformity / specifications
<b>Contrôle Ummt 3mL</b> <b>Ummt 3mL Control</b>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Liquide jaune Yellow Liquid
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Spécifications techniques <i>Technical specifications</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
<b>Contrôle du conditionnement</b> <b>Conformity after packaging</b>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications


Lot contrôlé et libéré le /  
Controlled and accepted on :

13/12/2021

Par / By : Imen Smida

Quality Control Manager

**ELITECH MICROBIO**  
Parc d'activités du Plateau  
19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES  
Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05  
SAS au Capital de 480 864 €  
Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



Fin du Document / End of document