

Complément MYCOFAST Revolution 2

 Référence / Catalog number **00082**

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	220640
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	08/12/2023 2023-12-08

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Revolution 2	220602	2023-12-08

RESULTATS - RESULTS

Contrôle MYCOFAST Revolution 2 <i>MYCOFAST Révolution 2 Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Orange, sec à pâteux Orange, dry to doughy
Performances <i>Performances</i>	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum 29,66, sero3, sero 9</i> <i>Mycoplasma hominis 33131, PG21</i> Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement Conformity after packaging	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications

 Lot contrôlé et libéré le /
 Controlled and accepted on :

21/06/2022

 Par / By : Delphine GIRAUD
 Quality Control Manager

ELITECH MICROBIO
 Parc d'activités du Plateau
 19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES
 Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05
 SAS au Capital de 480 864 €
 Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



Fin du Document / End of document