

MYCOFAST Scr. REVOLUTION (50)Référence / Catalog number **00063**

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	230644
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	13/12/2024 2024-12-13

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Scr. REVOLUTION	230610	13/12/2024
S. M.h.	230420	02/05/2025

RESULTATS - RESULTS

Contrôle MYCOFAST Scr. REVOLUTION <i>MYCOFAST Scr. REVOLUTION Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Performances Performances	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> 569 <i>Mycoplasma hominis</i> 814 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle S. M.h. <i>SMh Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide limpide orange à rouge Clear Liquid – orange to red
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Performances Performances	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> : ATCC 27618 <i>Mycoplasma hominis</i> : ATCC 23114 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement <i>Conformity after packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications

Lot contrôlé et libéré le / **22/06/2023**

Controlled and accepted on :

Par / By : Delphine GIRAUD

Quality Control Manager

ELITECH MICROBIO

Parc d'activités du Plateau
 19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES
 Tél : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05
 SAS au Capital de 400 000 €
 Siret 503 366 230 00021 - APE 4675 Z

Fin du Document / End of document