


Sensostar

GLHsix

**Glukóza, laktát a hemoglobin –
snadná cesta**



- **Souběžně probíhající testování**
- **Bezúdržbový biosenzor**
- **Korekce hodnoty glukózy v plazmě při měření z plné krve**



CHOOSING QUALITY.

- Technologie biosenzoru pro glukózu a laktát*; fotometrické stanovení hemoglobinu
 - Vysoká specifita
 - Maximální správnost
 - Výborná přesnost
 - Krátký čas měření
 - Dlouhá životnost senzoru
- Automatická kalibrace
- Korekce hodnoty glukózy v plazmě při měření ze vzorků plné krve
- Snadný odběr vzorku
- Flexibilní matrice vzorku
- Volitelná čtečka čárového kódu na vzorky
- Držák pro stanovování v sériích až 6 vzorků
- Ideální pro malé laboratoře a testování v terénu
- EDP rozhraní a tiskárna

Technické specifikace

Měřicí rozsah	Glukóza 0,6 – 50 mmol/l (11 – 910 mg/dl) Laktát* 0,5 – 30 mmol/l (4,5 – 270 mg/dl) Hemoglobin 1,86 – 15,5 mmol/l (3 – 25 g/dl)
Doba měření	Jednotlivé/duální stanovení glukózy a/nebo laktátu: 40 s Stanovení hemoglobinu: 90 s Stanovení glukózy a/nebo laktátu plus hemoglobinu: 90 s
Objem vzorku	Min. 10 µl
Typy vzorků	Plná krev, sérum, plazma, CSF
Přesnost CV (20 vzorků v sérii)	Glukóza (12 mmol/l) < 1,5 % Laktát* (10 mmol/l) < 2,0 % Hemoglobin (8 mmol/l) < 2,0 %
Rozměry	200 mm (š) x 150 mm (d) x 170 mm (v)
Váha	2 kg

* jen s biosenzorem glukóza/laktát


Tyto specifikace se mohou změnit bez upozornění.

Distributor:



BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Karásek 1767/1
621 00 Brno - Řečkovice

Tel. +420 549 124 111
e-mail: info@biovendor.cz
www.biovendor.cz



DiaSys
Diagnostic Systems GmbH
Alte Strasse 9
D-65558 Holzheim

Phone: +49 (0) 64 32 / 91 46-0
Fax: +49 (0) 64 32 / 91 46-32
E-Mail: mail@diasys.de
www.diasys-diagnostics.com

