

EU prohlášení o shodě

Pufrovaný fyziologický roztok vydané na výhradní odpovědnost výrobce

v souladu s článkem 17, nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/746 ze dne 5. dubna 2017 o diagnostických zdravotnických prostředcích in vitro a o zrušení směrnice 98/79/ES a rozhodnutí Komise 2010/227/EU („IVDR“).

Výrobce: VIAMAR INTERNATIONAL, s.r.o.
Sídlo: U Habrovky 247/11, 1400 00, Praha 4, Česká republika
IČ: 25056484
DIČ: CZ25056484

Tímto prohlašuje, že u diagnostického zdravotnického prostředku in vitro:

Obchodní název: Pufrovaný fyziologický roztok
Katalogové číslo: 98237, 98350, 98353, 98359, 98400, 98357, 98358
Základní UDI-DI: 85941999298237CA
Riziková třída: A podle pravidla 5a (příloha VIII IVDR)
Určený účel: Pufrovaný fyziologický roztok slouží k ředění vzorků, které jsou dále analyzovány.

byla posouzena **shoda** s IVDR. Pro posouzení shody byl použit článek 48 odstavec 10 a přílohy II a III IVDR.

V sídle společnosti dne 01.10.2022.



VIAMAR INTERNATIONAL s.r.o.
U Habrovky 247/11, 140 00 Praha 4
IČO: 25056484 DIČ: CZ25056484

-1-

Mgr. Marek Cienciala
Jednatel společnosti
VIAMAR INTERNATIONAL, s.r.o.