

98221 Schaedler agar s vit K1 SCH

Datum výroby: 9. 9. 2025

Šarže: SCH-0633

Expirace: 18. 11. 2025

Test	Standard	Výsledek
Označení	viz. výše	
Fyzikálně chemické vlastnosti		
pH	7,6±0,2	vyhovuje
sterilita 72 hod 22 °C	sterilní	vyhovuje
72 hod 37 °C	sterilní	vyhovuje
Růstové vlastnost		
Clostridium perfringens CCM 4435	růst	vyhovuje
Bacteroides fragilis CCM 4712	růst	vyhovuje
Propionibacterium acnes CCM 3343	růst	vyhovuje