

98003 Schaedler bujón z-SCHB

Datum výroby: 31. 3. 2025

Šarže: **z-SCHB-0102**

Expirace: 28. 8. 2025

Test	Standard	Výsledek
Označení	viz. výše	
Fyzikálně chemické vlastnosti		
pH	7,6 ± 0,2	vyhovuje
sterilita 72 hod 22 °C	sterilní	vyhovuje
sterilita 72 hod 37 °C	sterilní	vyhovuje
Růstové vlastnost		
Bacteroides fragilis CCM 4712	růst	vyhovuje
Clostridium perfringens CCM 4435	růst	vyhovuje
Streptococcus pyogenes CCM 4425	růst	vyhovuje

