

98018 Játrový bujón 5ml Z-JB 5

Datum výroby: 26. 8. 2024

Šarže: Z-JB 5-0750

Expirace: 23. 1. 2025

| Test                              | Standard  | Výsledek |
|-----------------------------------|-----------|----------|
| Označení                          | viz. výše |          |
| Fyzikálně chemické vlastnosti     |           |          |
| pH                                | 7,4 ± 0,2 | vyhovuje |
| sterilita 72 hod 22 °C            | sterilní  | vyhovuje |
| sterilita 72 hod 37 °C            | sterilní  | vyhovuje |
| Růstové vlastnost                 |           |          |
| Neisseria meningitidis CCM 4634   | růst      | vyhovuje |
| Streptococcus pneumoniae CCM 4501 | růst      | vyhovuje |

