

98018 Játrový bujón 5ml Z-JB 5

Datum výroby: 6. 8. 2025

Šarže: **Z-JB 5-0780**

Expirace: 3. 1. 2026

Test	Standard	Výsledek
Označení	viz. výše	
Fyzikálně chemické vlastnosti		
pH	7,4 ± 0,2	vyhovuje
sterilita 72 hod 22 °C	sterilní	vyhovuje
sterilita 72 hod 37 °C	sterilní	vyhovuje
Růstové vlastnost		
Neisseria meningitidis CCM 4634	růst	vyhovuje
Streptococcus pneumoniae CCM 4501	růst	vyhovuje

