

98078 Hajny agar + MIU z-HMIU

Datum výroby: 8. 1. 2024

Šarže: z-HMIU-0169

Expirace: 6. 6. 2024

Test	Standard	Výsledek
Označení	viz. výše	
Fyzikálně chemické vlastnosti		
pH	7,4±0,2 / 7,2±0,2	vyhovuje
sterilita 72 hod 22 °C	sterilní	vyhovuje
sterilita 72 hod 37 °C	sterilní	vyhovuje
Růstové vlastnost		
Escherichia coli CCM 3954	charakteristický růst	vyhovuje
Klebsiella pneumoniae CCM 4415	charakteristický růst	vyhovuje
Salmonella enteritidis CCM 4420	charakteristický růst	vyhovuje
Pseudomonas aeruginosa CCM 1960	charakteristický růst	vyhovuje
Proteus vulgaris ATCC 6380	charakteristický růst	vyhovuje

