

Jméno výrobce: IUL, SA

Adresa výrobce: Ciutat d'Asunción, 4 08030 Barcelona Spain

Prohlašuje, že produkty:

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------|---------------------------|
| <input type="checkbox"/> | Masticator Basic & Basic Panoramic | <input type="checkbox"/> | Poly Stainer |
| <input type="checkbox"/> | Masticator Classic & Classic Panoramic | <input type="checkbox"/> | Spin Air (Master & Slave) |
| <input type="checkbox"/> | Masticator Silver & Silver Panoramic | <input type="checkbox"/> | Spin Air Basic |
| <input type="checkbox"/> | Maxicator | <input type="checkbox"/> | Basic Air |
| <input type="checkbox"/> | Masticator Compact | <input type="checkbox"/> | Plate Handler |
| <input type="checkbox"/> | Delta Dilutor Standard | <input type="checkbox"/> | Pinch Dilutor |
| <input type="checkbox"/> | Delta Dilutor Single Pump | <input type="checkbox"/> | Flash & Go |
| <input type="checkbox"/> | Delta Dilutor Two Pumps | <input type="checkbox"/> | Smart Dilutor |
| <input type="checkbox"/> | Bio Dilutor Basic | <input type="checkbox"/> | Eddy Jet |
| <input type="checkbox"/> | Bio Dilutor Advanced | <input type="checkbox"/> | Eddy Jet 2 |
| <input type="checkbox"/> | Countermat Flash | <input type="checkbox"/> | Eddy Jet 2W |
| <input type="checkbox"/> | Manual Colony Counter One Input | <input type="checkbox"/> | Petri Labeler |
| <input type="checkbox"/> | Manual Colony Counter Two Input | <input type="checkbox"/> | Smart W |
| <input type="checkbox"/> | Magnifying Glass With Light Rack Type | <input type="checkbox"/> | DOT (Colony counter) |
| <input type="checkbox"/> | Magnifying Glass With Light Lock type | <input type="checkbox"/> | Maxipig® |
| <input type="checkbox"/> | Haloes Caliper | <input type="checkbox"/> | SphereFlash® |

Katalogová čísla (9000xxxx):

470, 471, 475, 477, 400, 401, 500, 501, 420, 421, 461, 520, 521, 522, 2400, 2401, 85, 86, 87, 2510, 2580, 2584, 2585, 2500, 2501, 2503, 2523, 2502, 2504, 2505, 2524, 1300, 1301, 1302, 1310, 1311, 1312, 4000, 4001, 4002, 4006, 4007, 4008, 6000, 6001, 6002, 600, 1600, 603, 1603, 6004, 1604, 670, 1670, 671, 1671, 900, 901, 902, 5100, 5300, 5301, 5302, 5303, 5500, 5502, 5532, 5533, 4300, 7510, 7511, 6010, 2700, 2701, 1700, 1701, 1702, 3700, 3800, 5800, 7900, 7901, 8700, 8701, 8400, 8401, 7000.

Jsou v souladu se směrnicí (směrnicemi) Rady:

- Směrnice Evropského parlamentu a Rady **2014/30/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se elektromagnetické kompatibility
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady **2014/35/EU** ze dne 26. února 2014 o harmonizaci právních předpisů členských států týkajících se dodávání elektrických zařízení určených pro používání v určitých mezích napětí na trh
- Směrnice Evropského parlamentu a Rady **2011/65/EU** ze dne 8. června 2011 o omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních

Normy, se kterými je deklarována shoda:

- EN 61326-1:2013** Elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Požadavky na EMC - Část 1: Obecné požadavky (IEC 61326-1:2012).
- EN 61010-1:2010** Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky
- **EN 62031:2008** Moduly LED pro všeobecné osvětlování - Požadavky na bezpečnost
- **EN 62471:2008** Fotobiologická bezpečnost světelných zdrojů a soustav světelných zdrojů
- **EN 50581:2012** Technická dokumentace k posuzování elektrických a elektrotechnických výrobků z hlediska omezování nebezpečných látek

Níže podepsaní tímto prohlašují, že výše uvedené zařízení je v souladu s výše uvedenými směrnicemi a normami.

Výrobky jsou označeny od 1997-2019

David Guerrero / Quality Manager

Místo: Barcelona, Spain.
Datum: May 2019