

MYCOFAST Revolution 2

Référence / Catalog number

00080

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	260329
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	26/08/2027
	2027-08-26

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Revolution 2	260212	2027-08-26
Ummt 3mL	260214	2027-09-02

RESULTATS - RESULTS

Contrôle MYCOFAST Revolution 2 <i>MYCOFAST Revolution 2 Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Performances <i>Performances</i>	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum 29,66, sero3, sero 9</i> <i>Mycoplasma hominis 33131, PG21</i> Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle Ummt 3mL <i>Ummt 3mL Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide jaune Yellow Liquid
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Spécifications techniques <i>Technical specifications</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement Conformity after packaging	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications

 Lot contrôlé et libéré le /
 Controlled and accepted on :

19/03/2026

 Par / By : Delphine GIRAUD
 Quality Control Manager

ELITech Microbio
 Parc d'Activités -19 Allée d'Athènes
 83870 Signes - France
 Tél. : +33 (0)4 94 88 55 00 - Fax : +33 (0)4 94 32 82 61
 SIRET : 503 366 239 00021



