

**MYCOFAST Scr. REVOLUTION (50)**

 Référence / Catalog number **00063**

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	<b>260323</b>
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	<b>23/07/2027</b> <b>2027-07-23</b>

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Scr. REVOLUTION	260110	2027-07-23
S. M.h.	251209	2027-12-22

**RESULTATS - RESULTS**

Contrôle MYCOFAST Scr. REVOLUTION <i>MYCOFAST Scr. REVOLUTION Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Orange, sec à pâteux <i>Orange, dry to doughy</i>
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	<i>Ureaplasma urealyticum 569</i> <i>Mycoplasma hominis 814</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Contrôle S. M.h. <i>SMh Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques / Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Liquide limpide orange à rouge <i>Clear Liquid – orange to red</i>
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	<i>Ureaplasma urealyticum : ATCC 27618</i> <i>Mycoplasma hominis : ATCC 23114</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
<b>Contrôle du conditionnement</b> <b><i>Conformity after packaging</i></b>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

 Lot contrôlé et libéré le /  
 Controlled and accepted on :

13/03/2026

 Par / By : Delphine GIRAUD  
 Quality Control Manager

ELITech Microbio  
 Parc d'Activités -19 Allée d'Athènes  
 83870 Signes - France  
 Tél. : +33 (0)4 94 88 55 00 - Fax : +33 (0)4 94 32 82 61  
 SIRET : 503 366 239 00021



Fin du Document / End of document