

## CERTIFIKÁT KVALITY / CERTIFICATE OF QUALITY

**Názov produktu / Product name: SM**

**P.N.: 4001**

**Šarža / LOT: SM - 162**

**Dátum expirácie / Exp. date: 20. 05. 2027**

**Skladovacie podmienky / Storage: +2°C až / to +8°C**

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou (PN). Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Functionality of product was verified with following control strains in accordance with valid company norm. On base of results product meets control requirements.

*Sterilný / Sterile*

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

Produced in compliance with standards ISO 9001:2008, ISO 13485:2012 and in compliance with Directive 98/79/ES about diagnostic medical devices in vitro.



24. 03. 2026

Dátum / Date

Mgr. Petr Sára  
Manažér riadenia a  
zabezpečenia kvality /  
Managing director