

Certificat d'analyse

Certificate of analysis

FUCHSINE AU METHANOL

Code produit : **715530-0500**

Customer code : **SS-041AF-EU**

Lot n° : **R04424**

Batch n° :

Date de fabrication : **09/06/2026**

Manufacturing date : 2026-06-09

Péremption : **09/12/2027**

Expiry date : 2027-12-09

Caractéristiques <i>Charateristics</i>	Spécifications <i>Specifications</i>	Résultats <i>Results</i>
Aspect <i>Appearance</i>	Solution rouge foncée <i>Dark red solution</i>	Conforme <i>Conforms</i>
pH <i>pH</i>	8,30 - 8,70	8,30
Densité optique à 545 nm <i>Optical density at 545 nm</i>	0,850 - 0,950	0,920
Coloration de Gram par l'AEROSPRAY® Wescor, colorateur 7320 <i>Gram Staining with AEROSPRAY® Wescor Stainer 7320</i>	Coloraiton différenciée des bactéries Gram + et - <i>Differentiated Staining of Gram + and Gram - bacteria</i>	Conforme <i>Conforms</i>

L'analyste : Florence BEURIER

The analyst : Florence BEURIER

Date d'édition : 15/06/2026

Edition date : 2026-06-15

Visa :

Visa :



RAL Diagnostics | Site Montesquieu | 33650 Martillac
ral-diagnostics.fr | cellavision.com
T +33 (0) 557 96 04 04 | F +33 (0) 557 96 04 05
Siret 449 261 403 00041 | Code APE 2059 Z
TVA Intracommunautaire FR67449261403