

MYCOFAST Scr. REVOLUTION (50)

Référence / Catalog number

00063

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	260643
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	19/11/2027 2027-11-19

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Scr. REVOLUTION	260505	2027-11-19
S. M.h.	251209	2027-12-22

RESULTATS - RESULTS

Contrôle MYCOFAST Scr. REVOLUTION MYCOFAST Scr. REVOLUTION Control	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Orange, sec à pâteux Orange, dry to doughy
Performances Performances	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> 569 <i>Mycoplasma hominis</i> 814 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle S. M.h. SMh Control	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide limpide orange à rouge Clear Liquid – orange to red
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Performances Performances	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> : ATCC 27618 <i>Mycoplasma hominis</i> : ATCC 23114 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement Conformity after packaging	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications

 Lot contrôlé et libéré le /
 Controlled and accepted on :

25/06/2026

 Par / By : Delphine GIRAUD
 Quality Control Manager

ELITech Microbio
 Parc d'Activités -19 Allée d'Athènes
 83870 Signes - France
 Tél. : +33 (0)4 94 88 55 00 - Fax : +33 (0)4 94 32 82 61
 SIRET : 503 366 239 00021

Fin du Document / End of document

