

# Certificat d'analyse

## Certificate of analysis

### LUGOL

*Iodine*

Code produit : **715555-0500**

Customer code : **SS-041B-EU**

Lot n° : **R33509**

Batch n° :

Date de fabrication : **29/01/2026**

Manufacturing date : 2026-01-29

Péremption : **29/07/2027**

Expiry date : 2027-07-29

| Caractéristiques<br><i>Charateristics</i>                                                                                                              | Spécifications<br><i>Specifications</i>                                                                                      | Résultats<br><i>Results</i>     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| <b>Aspect</b><br><i>Appearance</i>                                                                                                                     | Solution brune<br><i>Brown solution</i>                                                                                      | Conforme<br><i>Conforms</i>     |
| <b>Densité optique à 352 nm</b><br><i>Optical density at 352 nm</i>                                                                                    | 1,400 - 1,800                                                                                                                | 1,600                           |
| <b>Coloration de Gram par l'AEROSPRAY®</b><br><b>Wescor, colorateur 7320</b><br><br><i>Gram staining with AEROSPRAY®</i><br><i>Wescor Stainer 7320</i> | Coloration différenciée des<br>bactéries Gram + et -<br><br><i>Differentiated Staining of Gram +<br/>and Gram - bacteria</i> | Conforme<br><br><i>Conforms</i> |

L'analyste : Florence BEURIER

*The analyst : Florence BEURIER*

Date d'édition : 05/03/2026

*Edition date : 2026-03-05*

Visa :

Visa :



RAL Diagnostics | Site Montesquieu | 33650 Martillac  
**ral-diagnostics.fr | cellavision.com**  
T +33 (0) 557 96 04 04 | F +33 (0) 557 96 04 05  
Siret 449 261 403 00041 | Code APE 2059 Z  
TVA Intracommunautaire FR67449261403