

Certificat d'analyse

Certificate of analysis

CRYSTAL VIOLET

Crystal Violet

Code produit : **715580-0500**

Customer code : **SS-041C-EU**

Lot n° : **R89921**

Batch n° :

Date de fabrication : **19/05/2026**

Manufacturing date : 2026-05-19

Péremption : **19/11/2027**

Expiry date : 2027-11-19

Caractéristiques <i>Charateristics</i>	Spécifications <i>Specifications</i>	Résultats <i>Results</i>
Aspect <i>Appearance</i>	Solution violette sombre <i>Dark purple solution</i>	Conforme <i>Conforms</i>
Densité optique à 590 nm <i>Optical density at 590 nm</i>	0,700 - 0,820	0,800
Coloration de Gram par l'AEROSPRAY® Wsecor, colorateur 7320 <i>Gram Staining with AEROSPRAY® Wescor Stainer 7320</i>	Coloration différenciée des bactéries Gram + et - <i>Differentiated Staining of Gram + and Gram - bacteria</i>	Conforme <i>Conforms</i>

L'analyste : Florence BEURIER

The analyst : Florence BEURIER

Date d'édition : 27/05/2026

Edition date : 2026-05-27

Visa :

Visa :



RAL Diagnostics | Site Montesquieu | 33650 Martillac
ral-diagnostics.fr | cellavision.com
T +33 (0) 557 96 04 04 | F +33 (0) 557 96 04 05
Siret 449 261 403 00041 | Code APE 2059 Z
TVA Intracommunautaire FR67449261403