Certificat d'analyse

Certificate of analysis

FUCHSINE AU METHANOL

Code produit : **715530-0500**

Customer code : **SS-041AF-EU**

Lot n° : **R63938**
Batch n° :

Date de fabrication : **25/08/2026**
Manufacturing date : 2026-08-25

Péremption : **25/02/2028**
Expiry date : *2028-02-25*

Caractéristiques *Charateristics*	**Spécifications** *Specifications*	**Résultats** *Results*
Aspect *Appearance*	Solution rouge foncée *Dark red solution*	Conforme *Conforms*
pH *pH*	8,30 - 8,70	8,30
Densité optique à 545 nm *Optical density at 545 nm*	0,850 - 0,950	0,890
Coloration de Gram par l'AEROSPRAY® Wescor, colorateur 7320 *Gram Staining with AEROSPRAY® Wescor Stainer 7320*	Coloraiton différenciée des bactéries Gram + et - *Differentiated Staining of Gram + and Gram - bacteria*	Conforme *Conforms*

Responsable Contrôle et SAV Réactifs : Florence BEURIER
Control and SAV Reagents Manager : *Florence BEURIER*

Date d'édition : 22/09/2026
Edition date : *2026-09-22*

Visa :
Visa :

RAL Diagnostics | Site Montesquieu | 33650 Martillac
ral-diagnostics.fr | cellavision.com
T +33 (0) 557 96 04 04 | F +33 (0) 557 96 04 05
Siret 449 261 403 00041 | Code APE 2059 Z
TVA Intracommunautaire FR67449261403