Certificat d'analyse

Certificate of analysis

CELLAVISION
RAL Diagnostics

CRYSTAL VIOLET

Crystal Violet

Code produit : **715580-0500**

Customer code : **SS-041C-EU**

Lot n° : **R55537**	Date de fabrication : **08/07/2026**	Péremption : **08/01/2028**
Batch n° :	*Manufacturing date :* 2026-07-08	*Expiry date :* *2028-01-08*

Caractéristiques *Charateristics*	**Spécifications** *Specifications*	**Résultats** *Results*
Aspect *Appearance*	Solution violette sombre *Dark purple solution*	Conforme *Conforms*
Densité optique à 590 nm *Optical density at 590 nm*	0,700 - 0,820	0,790
Coloration de Gram par l'AEROSPRAY® Wsecor, colorateur 7320 *Gram Staining with AEROSPRAY® Wescor Stainer 7320*	Coloration différenciée des bactéries Gram + et - *Differentiated Staining of Gram + and Gram - bacteria*	Conforme *Conforms*

L'analyste : RODOLPHE DAGIRAL

The analyst : RODOLPHE DAGIRAL

Date d'édition : 15/09/2026

Edition date : 2026-09-15

Visa :

Visa :

CELLAVISION
RAL Diagnostics
RAL Diagnostics | Site Montesquieu | 33650 Martillac
ral-diagnostics.fr | cellavision.com
T +33 (0) 557 96 04 04 | F +33 (0) 557 96 04 05
Siret 449 261 403 00041 | Code APE 2059Z
TVA Intracommunautaire FR67449261403