

UMMT REVOLUTION (50)

 Référence / Catalog number **00061**

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	200741-R
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	15/01/2022 2022-01-15

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
UMMt (3 ml)	200707R	2022-01-15

RESULTATS - RESULTS


Contrôle UMMt <i>UMMt Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide jaune Yellow Liquid
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Spécifications techniques Technical specifications	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement Conformity after packaging	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications

 Lot contrôlé et libéré le /
 Controlled and accepted on :

22/07/2020

 Par / By : Imen Smida
 Quality Control Manager

ELITECH MICROBIO
 Parc d'activités du Plateau
 19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES
 Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05
 SAS au Capital de 480 864 €
 Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



Fin du Document / End of document