



CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE
Quality Control Certificate

COMPL. MYCOFAST REVOLUTION (25)

Référence / Catalog number

00062

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	160208
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	16/07/2017 2017-07-16

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST REVOLUTION	160114	2017-07-16
S. M.h.	160112	2018-01-11

RESULTATS - RESULTS

Contrôle MYCOFAST REVOLUTION <i>MYCOFAST REVOLUTION Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme <i>Conform</i>	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Spécifications techniques Technical specifications	Conforme <i>Conform</i>	<i>Ureaplasma urealyticum</i> ATCC27815 <i>Ureaplasma urealyticum</i> 569 <i>Ureaplasma urealyticum</i> 66 <i>Ureaplasma urealyticum</i> ATCC 33175 <i>Mycoplasma hominis</i> ATCC23114 <i>Mycoplasma hominis</i> 814 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle S. M.h. <i>SMh Control</i>	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme <i>Conform</i>	Liquide limpide orange à rouge Clear Liquid – orange to red
Recherche de contaminants <i>Detection of contaminants</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Spécifications techniques Technical specifications	Conforme <i>Conform</i>	<i>Ureaplasma urealyticum</i> : ATCC 27618 <i>Mycoplasma hominis</i> : ATCC 23114 Conformité / spécifications

		Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement <i>Conformity after packaging</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications

Lot accepté le / Accepted on :

04/02/2016

Par / By : Laetitia ROBIN

Quality Control Manager



Fin du Document / End of document
