

**COMPL. MYCOFAST REVOLUTION (25)**

Référence / Catalog number

00062

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	<b>210557-R</b>
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	<b>18/11/2022</b> <b>2022-11-18</b>

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST REVOLUTION	210510R	2022-11-18
S. M.h.	210509R	2023-05-17

**RESULTATS - RESULTS**

<b>Controle MYCOFAST REVOLUTION</b> <i>MYCOFAST REVOLUTION Control</i>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	<i>Ureaplasma urealyticum</i> ATCC27815 <i>Ureaplasma urealyticum</i> 569 <i>Ureaplasma urealyticum</i> 66 <i>Ureaplasma urealyticum</i> ATCC 33175 <i>Mycoplasma hominis</i> ATCC23114 <i>Mycoplasma hominis</i> 814 Conformité / spécifications Conformity / specifications
<b>Contrôle S. M.h.</b> <i>SMh Control</i>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Liquide limpide orange à rouge Clear Liquid – orange to red
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <b>Conform</b>	<i>Ureaplasma urealyticum</i> : ATCC 27618 <i>Mycoplasma hominis</i> : ATCC 23114 Conformité / spécifications Conformity / specifications


<b>Contrôle du conditionnement</b> <i>Conformity after packaging</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
---	-----------------------------------	--

Lot controlé et libéré le /  
Controlled and accepted on :

01/06/2021

Par / By : Imen Smida  
Quality Control Manager

**ELITECH MICROBIO**  
Parc d'activités du Plateau  
19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES  
Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05  
SAS au Capital de 480 864 €  
Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



Fin du Document / End of document

---