



CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE
Quality Control Certificate

MYCOFAST Scr. REVOLUTION (50)

Référence / Catalog number **00063**

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	180411
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	05/09/2019 2019-09-05

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Scr. REVOLUTION	180301	2019-09-05
S. M.h.	180206	2020-02-06

RESULTATS - RESULTS

Contrôle MYCOFAST Scr. REVOLUTION MYCOFAST Scr. REVOLUTION Control	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Orange, sec à pateux Orange, dry to doughy
Spécifications techniques Technical specifications	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> 569 <i>Mycoplasma hominis</i> 814 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle S. M.h. SMh Control	Résultats / Résultats	Résultats théoriques /Theoretical results
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Etiquetage <i>Labelling</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	Conforme Conform	Liquide limpide orange à rouge Clear Liquid – orange to red
Recherche de contaminants <i>Detection of contaminants</i>	Conforme Conform	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Spécifications techniques Technical specifications	Conforme Conform	<i>Ureaplasma urealyticum</i> : ATCC 27618 <i>Mycoplasma hominis</i> : ATCC 23114 Conformité / spécifications Conformity / specifications


Contrôle du conditionnement <i>Conformity after packaging</i>	Conforme <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
---	-----------------------------------	--

Lot accepté le / Accepted on :

13/04/2018

Par / By : Stéfan LAMOUREUX

Quality Control Manager



Fin du Document / End of document
