



**CERTIFICAT CONTRÔLE QUALITE**  
*Quality Control Certificate*

**MYCOFAST Scr. REVOLUTION (50)**

Référence / Catalog number **00063**

Lot de conditionnement <i>Packaging lot</i>	<b>190512</b>
Date d'expiration <i>Expiration date</i>	<b>08/10/2020</b> <b>2020-10-08</b>

Réactifs <i>Reagents</i>	Lot de fabrication <i>Production lot</i>	Date d'expiration <i>Expiration date</i>
MYCOFAST Scr. REVOLUTION	190404R	2020-10-08
S. M.h.	190305R	2021-03-07

**RESULTATS - RESULTS**

<b>Controle MYCOFAST Scr. REVOLUTION</b> <i>MYCOFAST Scr. REVOLUTION Control</i>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Orange, sec à pateux <i>Orange, dry to doughy</i>
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	<i>Ureaplasma urealyticum 569</i> <i>Mycoplasma hominis 814</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
<b>Contrôle S. M.h.</b> <i>SMh Control</i>	<b>Résultats / Résultats</b>	<b>Résultats théoriques /Theoretical results</b>
Conditionnement primaire <i>Primary packaging</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage <i>Labelling</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu <i>Medium appearance</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Liquide limpide orange à rouge <i>Clear Liquid – orange to red</i>
Etat de propreté <i>State of cleanliness</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Performances <i>Performances</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	<i>Ureaplasma urealyticum : ATCC 27618</i> <i>Mycoplasma hominis : ATCC 23114</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

<b>Contrôle du conditionnement</b> <i>Conformity after packaging</i>	<b>Conforme</b> <i>Conform</i>	Conformité / spécifications Conformity / specifications
---	-----------------------------------	--

Lot contrôlé et libéré le /  
Controlled and accepted on :

07/05/2019

Par / By : Stéfan LAMOUREUX  
Quality Control Manager

**ELITECH MICROBIO**  
Parc d'activités du Plateau  
19, allée d'Athènes - 83870 SIGNES  
Tél. : 04 94 88 55 00 - Fax 04 94 88 55 05  
SAS au Capital de 480 864 €  
Siret 503 366 239 00021 - APE 4675 Z



Fin du Document / End of document

---