

CERTIFIKÁT KVALITY / CERTIFICATE OF QUALITY**Názov produktu / Product name: GP 24 sp, fp****P.N.: 1002 sp, fp****Šarža / LOT: 202110111****Dátum expirácie / Exp. date: 2023/10****Skladovacie podmienky / Storage: +2°C až / to +25°C**

Funkčnosť produktu bola overená nasledujúcimi kontrolnými kmeňmi v súlade s platnou podnikovou normou (PN). Na základe výsledkov daný produkt vyhovuje kontrolným kritériám.

Functionality of product was verified with following control strains in accordance with valid company norm. On base of results product meets control requirements.

Enterococcus faecalis CCM 4224

Staphylococcus cohnii ssp. urealyticus CCM 4296

Staphylococcus aureus CCM 3953

Klebsiela pneumoniae CCM 5852

Vyrobené v zhode s certifikátmi ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 a v súlade so Smernicou 98/79/ES o diagnostických zdravotníckych pomôckach in vitro.

Produced in compliance with standards ISO 9001:2015, ISO 13485:2016 and in compliance with Directive 98/79/ES about diagnostic medical devices in vitro.



15. 10. 2021

Dátum / Date

Mgr. Petr Sára
Manažér riadenia a
zabezpečenia kvality /
Managing director