

ELITex Bicolor dubliniensis (100 tests)

Référence / Catalog number **44502**

Lot de conditionnement / Packaging lot : **8945**

Date d'expiration / Expiration date : **2016-10-31**

| Réactifs / Reagents | Lot de fabrication / Production lot | Date d'expiration / Expiration date |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|
| Flacon TEST LATEX (2 mL) / TEST LATEX (2 mL) vial | 8945 | 2016-10-31 |

Certificat de contrôle établi suivant les procédures de contrôles internes
Control certificate established according to the internal control procedures

| | Résultats / Results | Résultats théoriques / Theoretical results |
|---|---|---|
| TEST LATEX Flacon de latex sensibilisé <i>Vial of sensitized latex</i> | | |
| Conditionnement primaire / Primary packaging | Conforme / Conform to specifications | Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i> |
| Etiquetage / Labelling | Conforme / Conform to specifications | Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i> |
| Aspect du milieu / Medium appearance | Conforme / Conform to specifications | Après sédimentation : culot bleu et surnageant rouge /Après homogénéisation : suspension violette <i>After sedimentation: red sediment and blue supernatant / After homogenization: purple suspension</i> |
| Performances / Performances | Conforme / Conform to specifications | Souches / Strains <i>Candida dubliniensis</i> <i>Candida glabrata</i> A <i>Candida tropicalis</i> C <i>Candida krusei</i> G <i>Candida cerevisiae</i> H <i>Candida albicans</i> 1066 <i>Candida albicans</i> 1472 <i>Candida albicans</i> 2120 Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i> |
| Contrôle du conditionnement / <i>Conformity after packaging</i> | Conforme / Conform to specifications | Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i> |

Référence / Catalog number **44502**

Lot de conditionnement / Packaging lot : **8945**

Lot accepté le / Accepted on : 29/09/2015

Par / By : Laetitia ROBIN
Responsable Contrôle Qualité
Quality Control Manager

P. S. B.

