

**ELITex Bicolor dubliniensis (100 tests)**

Référence / Catalog number 44502

Lot de conditionnement / Packaging lot : 8715

Date d'expiration / Expiration date : 2015-08-31

Réactifs / Reagents	Lot de fabrication / Production lot	Date d'expiration / Expiration date
Flacon TEST LATEX (2 mL) / TEST LATEX (2 mL) vial	8715	2015-08-31

Certificat de contrôle établi suivant les procédures de contrôles internes  
Control certificate established according to the internal control procedures

	Résultats / Results	Résultats théoriques / Theoretical results
<b>TEST LATEX</b> Flacon de latex sensibilisé Vial of sensitized latex		
Conditionnement primaire / Primary packaging	Conforme / Conform to specifications	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Étiquetage / Labelling	Conforme / Conform to specifications	Conformité / spécifications Conformity / specifications
Aspect du milieu / Medium appearance	Conforme / Conform to specifications	Après sédimentation : culot bleu et surnageant rouge /Après homogénéisation : suspension violette After sedimentation: red sediment and blue supernatant / After homogenization: purple suspension
Performances / Performances	Conforme / Conform to specifications	Souches / Strains Candida dubliniensis Candida glabrata A Candida tropicalis C Candida krusei G Candida cerevisiae H Candida albicans 1066 Candida albicans 1472 Candida albicans 2120 Conformité / spécifications Conformity / specifications
Contrôle du conditionnement / Conformity after packaging	Conforme / Conform to specifications	Conformité / spécifications Conformity / specifications

Référence / Catalog number 44502

Lot de conditionnement / Packaging lot : 8715

Lot accepté le / Accepted on : 15/05/2014

Par / By : Anne-Sophie DECARPIGNY  
Responsable Assurance Qualité  
Quality Manager