



CERTIFICAT D'ANALYSES
Certificate of Analysis

ELITex Bicolor dubliniensis (100 tests)

Référence / Catalog number **44502**

Lot de conditionnement / Packaging lot : **9342**

Date d'expiration / Expiration date : **2018-10-31**

Réactifs / Reagents	Lot de fabrication / Production lot	Date d'expiration / Expiration date
Flacon TEST LATEX (2 mL) / TEST LATEX (2 mL) vial	9342	2018-10-31

Certificat de contrôle établi suivant les procédures de contrôles internes
Control certificate established according to the internal control procedures

	Résultats / Results	Résultats théoriques / Theoretical results
TEST LATEX Flacon de latex sensibilisé <i>Vial of sensitized latex</i>		
Conditionnement primaire / <i>Primary packaging</i>	Conforme / Conform to specifications	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage / <i>Labelling</i>	Conforme / Conform to specifications	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu / <i>Medium appearance</i>	Conforme / Conform to specifications	Après sédimentation : culot bleu et surnageant rouge /Après homogénéisation : suspension violette <i>After sedimentation: red sediment and blue supernatant / After homogenization: purple suspension</i>
Performances / <i>Performances</i>	Conforme / Conform to specifications	Souches / <i>Strains</i> <i>Candida dubliniensis</i> <i>Candida glabrata A</i> <i>Candida tropicalis C</i> <i>Candida krusei G</i> <i>Candida cerevisiae H</i> <i>Candida albicans 1066</i> <i>Candida albicans 1472</i> <i>Candida albicans 2120</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Contrôle du conditionnement / Conformity after packaging	Conforme / Conform to specifications	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

Référence / Catalog number **44502**

Lot de conditionnement / Packaging lot : **9342**

Lot accepté le / Accepted on : 21/07/2017

Par / By : Laetitia ROBIN
Responsable Contrôle Qualité

Quality Control Manager