



CERTIFICAT D'ANALYSES
Certificate of Analysis

ELITex Bicolor dubliniensis (100 tests)

Référence / Catalog number **44502**

Lot de conditionnement / Packaging lot : **9451**

Date d'expiration / Expiration date : **2019-06-30**

Réactifs / Reagents	Lot de fabrication / Production lot	Date d'expiration / Expiration date
Flacon TEST LATEX (2 mL) / TEST LATEX (2 mL) vial	9451	2019-06-30

Certificat de contrôle établi suivant les procédures de contrôles internes
Control certificate established according to the internal control procedures

	Résultats / Results	Résultats théoriques / Theoretical results
TEST LATEX Flacon de latex sensibilisé <i>Vial of sensitized latex</i>		
Conditionnement primaire / Primary packaging	Conforme / Conform to specifications	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Etiquetage / Labelling	Conforme / Conform to specifications	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Aspect du milieu / Medium appearance	Conforme / Conform to specifications	Après sédimentation : culot bleu et surnageant rouge /Après homogénéisation : suspension violette <i>After sedimentation: red sediment and blue supernatant / After homogenization: purple suspension</i>
Performances / Performances	Conforme / Conform to specifications	Souches / Strains <i>Candida dubliniensis Candida glabrata A Candida tropicalis C Candida krusei G Candida cerevisiae H Candida albicans 1066 Candida albicans 1472 Candida albicans 2120</i> Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>
Contrôle du conditionnement / Conformity after packaging	Conforme / Conform to specifications	Conformité / spécifications <i>Conformity / specifications</i>

Référence / Catalog number **44502**

Lot de conditionnement / Packaging lot : **9451**

Lot accepté le / Accepted on : 04/04/2018

Par / By : S. LAMOUREUX
Responsable Contrôle Qualité
Quality Control Manager