

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°92013 - 920130 - 920131 Revisione 6 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	--	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	ENROFLOXACIN ENR 0.002-32 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	ENR
Lotto / <i>Batch</i>	022216133
Data produzione / <i>Production date</i>	22.02.2016
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2019.02.21

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	18h - 24 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

CLSI-Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing – M31-A3			
Germe / <i>Microorganism</i>		Standard CLSI MIC values (µg/mL)	Quality Control MIC values (µg/mL)
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 29213	0.03 – 0.12	0.094
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	1 – 4	4
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	0.008 – 0.03	0.016
<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC 29212	0.12 – 1	0.38

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 23.02.2017

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano