

Liofilchem

S.r.l.

CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ

QUALITY CONTROL CERTIFICATE

N°92018 - 920180 - 920181

Revisione 6 09.10.2013

Pag. 1 di 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	AMIKACIN AK 0.016-256 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	AK
Lotto / <i>Batch</i>	021816112
Data produzione / <i>Production date</i>	18.02.2016
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2019.02.17

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	18h - 24 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O ₂

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

CLSI-Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing – M100-S22

Germe / <i>Microorganism</i>		Standard CLSI MIC values (µg/mL)	Quality Control MIC values (µg/mL)
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	0.5-4	1.5
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 29213	1-4	1.5
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	1-4	3
<i>Enterococcus faecalis</i>	ATCC 29212	64-256	256

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 22.02.2016

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)