

|                             |  |  |
|-----------------------------|--|--|
| <b>Liofilchem</b><br>S.r.l. | <b>CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ</b><br><i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i> | <b>N°92023 - 920230 - 920231</b><br>Revisione 3 di 09.10.2013<br>Pag. 1 di 1 |
|-----------------------------|--|--|

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS**

|  |  |
|--|--|
| Prodotto / <i>Product</i>                | <b>CEFOPERAZONE*-SULB 2/1 CPS 0.016-256* µg/ml</b> |
| Sigla / <i>Initial</i>                   | <b>CPS</b>   |
| Lotto / <i>Batch</i>                     | <b>012517076</b>                                   |
| Data produzione / <i>Production date</i> | <b>25.01.2017</b>                                  |
| Data scadenza / <i>Expiry date</i>       | <b>2020.01.25</b>                                  |

**CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS**

|  |                            |
|--|----------------------------|
| Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>               | <b>Mueller Hinton Agar</b> |
| Tempo di incubazione/ <i>Incubation time</i>             | <b>18h - 24 h</b>          |
| Temperatura / <i>Temperature</i>                         | <b>36 °C ± 1 °C</b>        |
| Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i> | <b>O<sub>2</sub></b>       |

**CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL**

| Germe / <i>Microorganism</i>             | <i>MIC values (µg/mL)</i> | <i>Quality Control<br/>MIC values (µg/mL)</i> |
|--|---------------------------|---|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922       | 0.125 – 0.5               | <b>0.125</b>                                  |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 35218       | 0.25 – 1                  | <b>0.38</b>                                   |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | 2 – 8                     | <b>3</b>                                      |

LOTTO / BATCH :  Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 31.01.2017

Responsabile Controllo Qualità  
*Quality Control Manager*  
(D. Vitagliano)

*Dario Vitagliano*