

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°92023 - 920230 - 920231 Revisione 3 di 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	---	---

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*

Prodotto / <i>Product</i>	CEFOPERAZONE*-SULB 2/1 CPS 0.016-256* µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	CPS
Lotto / <i>Batch</i>	091517021
Data produzione / <i>Production date</i>	15.09.2017
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2020.09.14

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / *BIOLOGICAL CHARACTERISTICS*

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	18h - 24 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂

CONTROLLO QUALITÀ / *QUALITY CONTROL*

Germe / <i>Microorganism</i>	<i>MIC values (µg/mL)</i>	<i>Quality Control MIC values (µg/mL)</i>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	0.125 – 0.5	0.25
<i>Escherichia coli</i> ATCC 35218	0.25 – 1	0.5
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	2 – 8	3

LOTTO / *BATCH* : Idoneo / *Approved*

Non Idoneo / *Not approved*

DATA / *DATE* : 04.09.2018

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano