

| | | |
|-----------------------------|---|---|
| Liofilchem S.r.l. | CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i> | N°92023 - 920230 - 920231 Revisione 3 di 09.10.2013 Pag. 1 di 1 |
|-----------------------------|---|---|

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*

| | |
|--|--|
| Prodotto / <i>Product</i> | CEFOPERAZONE*-SULB 2/1 CPS 0.016-256* µg/ml |
| Sigla / <i>Initial</i> | CPS |
| Lotto / <i>Batch</i> | 083118100 |
| Data produzione / <i>Production date</i> | 31.08.2018 |
| Data scadenza / <i>Expiry date</i> | 2021.08.30 |

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / *BIOLOGICAL CHARACTERISTICS*

| | |
|--|----------------------------|
| Terreno di coltura / <i>Culture medium</i> | Mueller Hinton Agar |
| Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i> | 18h - 24 h |
| Temperatura / <i>Temperature</i> | 36 °C ± 1 °C |
| Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i> | O₂ |

CONTROLLO QUALITÀ / *QUALITY CONTROL*

| Germe / <i>Microorganism</i> | | <i>MIC values (µg/mL)</i> | <i>Quality Control MIC values (µg/mL)</i> |
|--|--|---------------------------|---|
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 25922 | | 0.125 – 0.5 | 0.125 |
| <i>Escherichia coli</i> ATCC 35218 | | 0.25 – 1 | 0.25 |
| <i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 | | 2 – 8 | 2 |

LOTTO / *BATCH* : Idoneo / *Approved*

Non Idoneo / *Not approved*

DATA / *DATE* : 10.09.2018

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)