

<b>Liofilchem</b> S.r.l.	<b>CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ</b> <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	<b>N°92023 - 920230 - 920231</b> Revisione 3 di 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	--	--

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS**

Prodotto / <i>Product</i>	<b>CEFOPERAZONE*-SULB 2/1 CPS 0.016-256* µg/ml</b>
Sigla / <i>Initial</i>	<b>CPS</b>
Lotto / <i>Batch</i>	<b>090220064</b>
Data produzione / <i>Production date</i>	<b>02.09.2020</b>
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	<b>2023.09.02</b>

**CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS**

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	<b>Mueller Hinton Agar</b>
Tempo di incubazione/ <i>Incubation time</i>	<b>18h - 24 h</b>
Temperatura / <i>Temperature</i>	<b>36 °C ± 1 °C</b>
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	<b>O<sub>2</sub></b>

**CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL**

Germe / <i>Microorganism</i>	<i>MIC values (µg/mL)</i>	<i>Quality Control MIC values (µg/mL)</i>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	0.125 – 0.5	<b>0.19</b>
<i>Escherichia coli</i> ATCC 35218	0.25 – 1	<b>0.38</b>
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	2 – 8	<b>3</b>

LOTTO / BATCH :  Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 14.09.2020

Responsabile Controllo Qualità  
*Quality Control Manager*  
(D. Vitagliano)

*Dario Vitagliano*