

**Liofilchem**

S.r.l.

CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ

QUALITY CONTROL CERTIFICATE

N°92031 - 920310 - 920311

Revisione 4 del 09.10.2013

Pag. 1 di 1

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS**

Prodotto / <i>Product</i>	SULFAMETHOXAZOLE SMX 0.064-1024 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	SMX
Lotto / <i>Batch</i>	021021055
Data produzione / <i>Production date</i>	10.02.2021
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2024.02.10

**CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS**

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	18h - 24 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O <sub>2</sub>

**CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL**

CLSI-Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing – M100-S19			
Germe / <i>Microorganism</i>		Standard CLSI MIC values (µg/mL)	Quality Control MIC values (µg/mL)
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	32 - 128	32
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 29213	8 - 32	8

LOTTO/BATCH :  Idoneo / Approved Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 17.02.2021

Responsabile Controllo Qualità  
Quality Control Manager  
(D. Vitagliano)*Dario Vitagliano*