

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	CEFTAZIDIME CAZ 0.016-256 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	CAZ
Lotto / <i>Batch</i>	020816011
Data produzione / <i>Production date</i>	08.02.2016
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2019.02.07

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar / Haemophilus Test Agar ¹
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	18h - 24 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O ₂ 5%CO ₂ *

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

CLSI-Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing – M100-S23		
Germe / <i>Microorganism</i>	Standard CLSI MIC values (µg/mL)	Quality Control MIC values (µg/mL)
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	0.06 - 0.5	0.25
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 29213	4 - 16	12
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	1 - 4	2
<i>Haemophilus influenzae</i> ATCC 49247 ^{1*}	0.12 - 1	0.38

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 10.02.2016

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)