

Liofilchem

S.r.l.

CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ

QUALITY CONTROL CERTIFICATE

N°92151 - 921510 - 921511

Revisione 6 del 09.10.2013

Pag. 1 di 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	KETOCONAZOLE KE 0.002-32 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	KE
Lotto / <i>Batch</i>	110916113
Data produzione / <i>Production date</i>	09.11.2016
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2019.11.09

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	RPMI Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	24 h – 48 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Germe / <i>Microorganism</i>		<i>Standard MIC values (µg/mL)</i>	<i>Quality Control MIC values (µg/mL)</i>
<i>Candida parapsilosis</i>	ATCC 22019	0.032 – 0.125	0.047
<i>Candida krusei</i>	ATCC 6258	0.25-1	0.25
<i>Candida albicans</i>	ATCC 90028	0.008 – 0.032	0.016

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 22.11.2016

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)