

<b>Liofilchem</b> S.r.l.	<b>CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ</b>  <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°92154 - 921540 - 921541 Revisione 6 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	--	--

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS**

Prodotto / <i>Product</i>	CASPOFUNGIN CAS 0,002-32 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	CAS
Lotto / <i>Batch</i>	110315029
Data produzione / <i>Production date</i>	03.11.2015
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2018.11.02

**CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS**

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	RPMI Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	24-48 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O <sub>2</sub>

**CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL**

Germe / <i>Microorganism</i>	Standard MIC values (µg/mL)	Quality Control MIC values (µg/mL)
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	0,25-2	0.5
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	0,25-1	0.75
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	0,064-0,25	0.19

LOTTO/BATCH :  Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 05.11.2015

Responsabile Controllo Qualità  
Quality Control Manager  
(D. Vitagliano)

*Dario Vitagliano*