

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°92154 - 921540 - 921541 Revisione 6 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	---	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*

Prodotto / <i>Product</i>	CASPOFUNGIN CAS 0,002-32 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	CAS
Lotto / <i>Batch</i>	102416105
Data produzione / <i>Production date</i>	24.10.2016
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2019.10.24

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / *BIOLOGICAL CHARACTERISTICS*

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	RPMI Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	24-48 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O ₂

CONTROLLO QUALITÀ' / *QUALITY CONTROL*

Germe / <i>Microorganism</i>		<i>Standard MIC values (µg/mL)</i>	<i>Quality Control MIC values (µg/mL)</i>
<i>Candida parapsilosis</i>	ATCC 22019	0,25-2	1
<i>Candida krusei</i>	ATCC 6258	0,25-1	0.75
<i>Candida albicans</i>	ATCC 90028	0,064-0,25	0.19

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 02.11.2016

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano