

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°92162 - 921620 - 921621 Revisione 4 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	---	--

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / *PRODUCT CHARACTERISTICS*

Prodotto / <i>Product</i>	IMIPENEM/IMIPENEM + EDTA IMI/IMD 4-256 / 1-64 µg/ml	
Sigla / <i>Initial</i>	IMI/IMD	
Lotto / <i>Batch</i>	080520013	
Data produzione / <i>Production date</i>	05.08.2020	
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2023.08.05	

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / *BIOLOGICAL CHARACTERISTICS*

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar
Tempo di incubazione/ <i>Incubation time</i>	18h - 24 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂

CONTROLLO QUALITÀ' / *QUALITY CONTROL*

Germe / <i>Microorganism</i>	MIC values (µg/mL) IMI	<i>Quality Control</i> MIC values (µg/mL)	MIC values (µg/mL) IMD	<i>Quality Control</i> MIC values (µg/mL)
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853 MBL NEGATIVE	≤ 4	≤ 4	1-4	1.5
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i> ATCC13636 MBL POSITIVE	64-256 or phantom zone or deformation of ellipse	256	1-4	2

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 12.08.2020

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano