

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ <i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	N°92182 - 921820 - 921821 Revisione 4 / 20.10.2014 Pag. 1 di 1
-----------------------------	--	---

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	MICAFUNGIN MYC 0.002-32 µg/ml
Sigla / <i>Initial</i>	MYC
Lotto / <i>Batch</i>	070416069
Data produzione / <i>Production date</i>	04.07.2016
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2019.07.04

CARATTERISTICHE BIOLOGICHE / BIOLOGICAL CHARACTERISTICS

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	RPMI Agar
Tempo di incubazione/ <i>Incubation time</i>	24 -48 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	36 °C ± 1 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Germe / <i>Microorganism</i>	<i>Standard MIC values (µg/mL)</i>	<i>Quality Control MIC values (µg/mL)</i>
<i>Candida parapsilosis</i> ATCC 22019	0.25 - 2	0.75
<i>Candida krusei</i> ATCC 6258	0.032-0.25	0.047
<i>Candida albicans</i> ATCC 90028	0.004 - 0.032	0.006

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 13.07.2016

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano