

Ičo: 25056484 Dič: CZ25056484

## 98021 - z-OF Oxidace - fermentace

**Datum výroby:** 25.09.2019

**Šarže:** z-OF-0065

**Expirace:** 22.02.2020

Test	Standard	Výsledek
<b>1. Označení</b>		
	viz. výše	
<b>2. Fyzikálně chemické vlastnosti</b>		
pH	7,1± 0,2	vyhovuje
sterilita 72 hod 22 °C	sterilní	vyhovuje
sterilita 72 hod 37 °C	sterilní	vyhovuje
<b>3. Růstové vlastnosti</b>		
OXIDACE		
Escherichia coli CCM 2024	změna barvy, tvorba plynu	vyhovuje
Pseudomonas aeruginosa CCM 1960	změna barvy	vyhovuje
Salmonella enteritidis CCM 4420	změna barvy, tvorba plynu	vyhovuje
Shigella flexneri CCM 4422	změna barvy	vyhovuje
FERMENTACE		
Escherichia coli CCM 2024	změna barvy, tvorba plynu	vyhovuje
Pseudomonas aeruginosa CCM 1960	beze změny	vyhovuje
Salmonella enteritidis CCM 4420	změna barvy, tvorba plynu	vyhovuje
Shigella flexneri CCM 4422	změna barvy	vyhovuje



VIAMAR INTERNATIONAL s.r.o.  
U Habrovky 247/11  
140 00 PRAHA 4  
IČO: 25056484, DIČ: CZ25056484