

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CONTROL CERTIFICATE	N°9017 - 9017/1 Revisione 7 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	--	---

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / Product	CEFOTAXIME
Sigla / Initial	CTX 30 ug
Lotto / Batch	121316021
Data produzione / Production date	13.12.2016
Data scadenza / Expiry date	2019.12.13
Contenuto antibiotico del disco / Antimicrobial Disk content	Cefotaxime 30 ug

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Riferimento / Reference	CLSI. M100-S21 Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing, January 2011		
Terreno di coltura / Culture medium	Mueller Hinton Agar Haemophilus Test Agar¹ Mueller Hinton Agar (Sheep Blood 5%)² GC Agar Base and 1% Defined Growth Supplement³		
Tempo di incubazione / Incubation time	16-18 h	20-24 h¹⁻²⁻³	
Temperatura / Temperature	35 ± 2 °C		
Modalità di incubazione / Procedure of incubation	O₂	5% CO₂¹⁻²⁻³	
Microorganismo/ Microorganism	SPECIFICATION Diametro di inibizione accettabile (mm) Acceptable diameter of inhibition (mm)		RESULTS mm
<i>Escherichia coli</i>	ATCC 25922	29-35	30
<i>Staphylococcus aureus</i>	ATCC 25923	25-31	27
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	ATCC 27853	18-22	20
<i>Haemophilus influenzae</i>	ATCC 49247 ¹	31-39	35
<i>Streptococcus pneumoniae</i>	ATCC 49619 ²	31-39	36
<i>Neisseria gonorrhoeae</i>	ATCC 49226 ³	38-48	40

LOTTO / BATCH : ☒ Idoneo / Approved

☐ Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 16.12.2016

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano