

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ QUALITY CONTROL CERTIFICATE	N°9040 - 9040/1 Revisione 7 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1
-----------------------------	--	---

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / Product	STREPTOMYCIN
Sigla / Initial	S 10 ug
Lotto / Batch	070617065
Data produzione / Production date	06.07.2017
Data scadenza / Expiry date	2020.07.05
Contenuto antibiotico del disco / Antimicrobial Disk content	Streptomycin 10 ug

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Riferimento / Reference	EUCAST.Tables of Quality Control targets and ranges. Version 1.3. December 2010		
Terreno di coltura / Culture medium	Mueller Hinton Agar		
Tempo di incubazione / Incubation time	18 ± 2 h		
Temperatura / Temperature	35 ± 1 °C		
Modalità di incubazione / Procedure of incubation	O ₂		
Microrganismo / Microorganism	SPECIFICATION Diametro di inibizione accettabile (mm) Accettable diameter of inhibition (mm)		RESULTS mm
Escherichia coli	ATCC 25922	12-22	17
Staphylococcus aureus	ATCC 25923	14-22	16

LOTTO / BATCH : ☒ Idoneo / Approved

☐ Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE : 10.07.2017

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano