

Liofilchem S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ	N°9084 - 9084/1
	<i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	Revisione 7 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS

Prodotto / <i>Product</i>	SULFAMETHOXAZOLE
Sigla / <i>Initial</i>	SMX 50 ug
Lotto / <i>Batch</i>	042817024
Data produzione / <i>Production date</i>	28.04.2017
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	2020.04.27
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	Sulfamethoxazole 50 ug

CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	Mueller Hinton Agar
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	16-18 h
Temperatura / <i>Temperature</i>	35 ± 2 °C
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	O₂
Microorganismo/ <i>Microorganism</i>	RESULTS mm
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	22
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	26
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	6

LOTTO/BATCH : Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 04.05.2017

Responsabile Controllo Qualità
Quality Control Manager
(D. Vitagliano)

Dario Vitagliano