

<b>Liofilchem</b> S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ	N°9094 - 9094/1
	<i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	Revisione 4 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS**

Prodotto / <i>Product</i>	<b>TIAMULIN</b>
Sigla / <i>Initial</i>	<b>T 30 ug</b>
Lotto / <i>Batch</i>	<b>11116043</b>
Data produzione / <i>Production date</i>	<b>11.11.2016</b>
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	<b>2019.11.11</b>
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	<b>Tiamulin 30 ug</b>

**CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL**

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	<b>Mueller Hinton Agar</b>
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	<b>16-18 h</b>
Temperatura / <i>Temperature</i>	<b>35 ± 2 °C</b>
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	<b>O<sub>2</sub></b>
Microorganismo/ <i>Microorganism</i>	<b>RESULTS</b> mm
<i>Escherichia coli</i> ATCC 25922	12
<i>Staphylococcus aureus</i> ATCC 25923	30
<i>Pseudomonas aeruginosa</i> ATCC 27853	7

LOTTO/BATCH :  Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 17.11.2016

Responsabile Controllo Qualità  
*Quality Control Manager*  
(D. Vitagliano)

*Dario Vitagliano*