

<b>Liofilchem</b> S.r.l.	CERTIFICATO CONTROLLO QUALITÀ	N°9107 - 9107/1
	<i>QUALITY CONTROL CERTIFICATE</i>	Revisione 5 del 09.10.2013 Pag. 1 di 1

**CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO / PRODUCT CHARACTERISTICS**

Prodotto / <i>Product</i>	<b>ITRACONAZOLE</b>
Sigla / <i>Initial</i>	<b>ITC 50 ug</b>
Lotto / <i>Batch</i>	<b>090117068</b>
Data produzione / <i>Production date</i>	<b>01.09.2017</b>
Data scadenza / <i>Expiry date</i>	<b>2020.08.31</b>
Contenuto antibiotico del disco / <i>Antimicrobial Disk content</i>	<b>Itraconazole 50 ug</b>

**CONTROLLO QUALITÀ / QUALITY CONTROL**

Terreno di coltura / <i>Culture medium</i>	<b>R.P.M.I Agar</b>
Tempo di incubazione / <i>Incubation time</i>	<b>18-48 h</b>
Temperatura / <i>Temperature</i>	<b>36 ± 1°C</b>
Modalità di incubazione / <i>Procedure of incubation</i>	<b>O<sub>2</sub></b>
Microrganismo/ <i>Microorganism</i>	<b>RESULTS</b> mm
<i>C. albicans</i> ATCC 90028	27
<i>C. krusei</i> ATCC 6258	30
<i>C. parapsilosis</i> ATCC 22019	29

LOTTO/BATCH :  Idoneo / Approved

Non Idoneo / Not approved

DATA / DATE 06.09.2017

Responsabile Controllo Qualità  
*Quality Control Manager*  
(D. Vitagliano)

*Dario Vitagliano*